

**CIRCULAR N° 1**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 53/2019 POR COMPULSA ABREVIADA**  
**EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EX-2019-77164516- -APN-SG#SOFSE**

**“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA PARA EL CONTROL EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DEL PERSONAL A CONTROLAR (CRPC) EN BASE ROSARIO”**

**INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6° Consulta y Aclaraciones.

**CONSULTA N° 1:**

*“... Los controles del personal se realizan exclusivamente en el CRPC Rosario o puede haber también controles aleatorios en el área de influencia de dicho CRPC?”*

**INFORMACIÓN N° 1:**

Se puede solicitar controles aleatorios en cercanías al CRPC.

**CONSULTA N° 2:**

*“... A efectos de eventuales reparaciones y seguros con cuántos alcoholímetros se efectuará la tarea?”*

**INFORMACIÓN N° 2:**

Se cuenta con TRES (3) alcoholímetros para el servicio mencionado. En caso de ser necesario SOFSE cuenta con stock para reforzar.

**CONSULTA N° 3:**

*“... Los costos por eventuales contrapruebas de PSA en orina corren por cuenta de SOFSE?”*

**INFORMACIÓN N° 3:**

Los costos para las contrapruebas en orina en casos de resultados positivos a sustancias prohibidas corren por cuenta de SOFSE.

**CONSULTA N° 4:**

*“... Cuántos controles se estima efectuar por día o mes?”*

**INFORMACIÓN N° 4:**

La cantidad de controles son dinámicos y varían de acuerdo a la operatoria, por tal motivo en el pliego de especificaciones técnicas no se detalla el número del personal a evaluar.

**CONSULTA N° 5:**

*“... Los kits de multidroga vienen en cajas de 25 unidades c/u... Cuando ustedes hablan de 30000 c/u y 110 c/u (renglón 1 y 2 ) respectivamente, se refieren a unidades o Kits?”*

**INFORMACIÓN Nº 5:**

Tal como indica el PET, se refiere precisamente a la cantidad de insumos que se necesitan para cubrir la demanda de las líneas Mitre, San Martín y TDC.

Esto implica 30.000 kits para screening de multidrogas o sustancias prohibidas en saliva. Cada kits está compuesto por los siguientes elementos: cassette, tubo colector, colector, sello de seguridad y ficha técnica.

Por otro lado se solicitan 110 kits para la detección de multidrogas en orina para las mismas líneas.

Se aclara que un kits es igual a una unidad.