

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA DE DESFIBRILADORES

AUTOMÁTICOS Y GABINETES.

Líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Sofse Central, Regionales y Larga Distancia.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán para la adquisición de Desfibriladores (DEA's), los cuales serán instalados en las estaciones y dependencias de Trenes Argentinos Operaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de las Leyes 27159 y 4077 (CABA).

La citada provisión tiene por alcance la adquisición de 30 desfibriladores (DEA's) con sus correspondientes Gabinetes, los cuales deberán cumplir en un todo las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

- Lugar: Bartolomé Mitre 2815, 1er Piso, Oficina 130 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Plazo de entrega:

El plazo de entrega esperado se establece en sesenta (60) días corridos a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra.

El adjudicatario podrá realizar una única entrega por la totalidad requerida y/u optar por realizar entregas parciales, dentro del plazo establecido. En el caso de optar por entregas parciales, deberá indicarlo junto con la oferta y acompañar un cronograma de entregas.

3. GARANTÍA

El contratista garantizará la calidad y funcionamiento del producto, por escrito y durante un plazo no menor a DOCE (12) meses, los cuales se computarán a partir de la recepción provisoria de los equipos en el lugar de entrega establecido.

En virtud de la garantía citada precedentemente, quedará a cargo del contratista la sustitución y/o reemplazo de equipos que presentaran irregularidades y/o fallas, a su costo y sin que ello acarree nuevos costos para la OPERADORA FERROVIARIA.

En caso de configurarse el supuesto descrito en el párrafo precedente, el adjudicatario garantizará el reemplazo y/o sustitución por equipos originales, nuevos y en un todo de acuerdo con las características técnicas de los equipos adjudicados.

Así mismo, el oferente garantizará la existencia en stock de insumos y repuestos originales, así como el Servicio Técnico oficial de los equipos ofertados durante un plazo no menor a DOCE (12) meses, contados a partir de la recepción provisoria de los equipos en el lugar de entrega establecido.

4. RECEPCIÓN

- Recepción Provisoria

La recepción de los equipos con sus correspondientes gabinetes se realizará en el lugar de entrega establecido en el presente documento por el representante que SOFSE designe, quien procederá a recibir los bienes y a firmar el correspondiente remito.

En caso de inconsistencias, el representante de SOFSE podrá rechazar la entrega, dejándolo asentado en el remito correspondiente. En caso de rechazo, el contratista retirará los equipos en el momento, a su costo y sin que ello configure costo alguno para SOFSE.

Recepción Definitiva

La recepción definitiva de los bienes objeto de la presente licitación se producirá al vencimiento de la Garantía establecida en el punto anterior del presente documento.

5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

- Características del Desfibrilador (DEA's)
 - Poseer forma de onda bifásica con salida de energía hasta 300 joules.
 - Ajustables para desfibrilar pacientes adultos y pediátricos.
 - Incluir dispositivo de retroalimentación audiovisual con mensajes de voz en español que guíen las maniobras durante la reanimación cardiopulmonar.
 - Incluir un software que permita almacenar y descargar datos del evento, incluyendo el ECG (electrocardiograma) para un análisis del suceso.
 - Batería con autonomía de al menos 4 años en reposo o más de 200 shocks continuos o alternados o al menos 3 hs de tiempo en funcionamiento. Se valorará que las baterías puedan ser adquiridas localmente.
 - Pantalla: en formato LED, LCD y/o similar con indicación de tiempo transcurrido del evento, cantidad de descargas y trazado del ECG.
 - Incluir un kit de bioseguridad compuesto por guantes descartables, rasuradora, barrera para insuflación, tijera multipropósito.
 - Accesorios: Cable para electrodos, máscara para respiración artificial, manual de uso e instrucciones rápidas, tapa rígida para facilitar la apertura de vía aérea.

- Características del Gabinete
 - Con alarma
 - Ser de material resistente
 - Serigrafía identificadora
 - Tamaño: el que se adecúe al equipo que vaya a contener.

Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos “base” a cumplir por los equipos ofertados y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.

En consecuencia, se aceptarán “Ofertas Alternativas”, las cuales serán evaluadas por SOFSE en base a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán “ofertas variantes”.

6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A los fines de la realización de la evaluación técnica de la oferta, el oferente deberá presentar la siguiente documentación a saber:

- Certificado y/o Documentación que acredite la inscripción del oferente en el A.N.M.A.T.
- Garantía escrita de los equipos ofertados.
- Garantizar el abastecimiento de los insumos que requiera el equipo y servicio técnico en el país. De acuerdo al plazo estipulado en el ítem de garantía.
- Acreditación por escrito de la condición de "Representante Oficial" de la marca del equipo ofertado en la República Argentina.
- Especificación técnica (escrita) del equipo ofertado.

7. COTIZACIÓN

No se aceptan ofertas parciales, es decir por cantidades menores a la requerida en el renglón.

Los valores deben incluir el flete de entrega.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PET DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS Y GABINETES ZTNB 10005319

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.