

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OXÍMETRO

PULSO DEDAL

**Línea Sarmiento - Mitre - Belgrano Sur - Sofse Central - San Martín
- Roca - Regionales**

El Oxímetro de Pulso es un dispositivo que posibilita medir de forma rápida el nivel de Oxígeno que hay en sangre de una persona sin necesidad de utilizar otro método invasivo.

Este nivel calculado se denomina "Nivel de Saturación de Oxígeno" y se abrevia como Sat.O2

Conocer el porcentaje de oxígeno en sangre de forma rápida posibilita detectar una alteración en el normal funcionamiento de las células, ya que un bajo nivel de oxígeno puede repercutir en el cerebro o en el corazón.

Especificaciones Técnicas:

Modo de visualización: pantalla OLED o pantalla LCD

Que permita mostrar de manera simultánea el porcentaje de saturación en sangre, la frecuencia cardiaca, la barra de pulso pleth o curva pletismografica configurable y el Índice de Perfusión.

Rango de medición SpO2: 0% - 100%

Rango de medición del pulso: 30 lpm - 250 lpm

Funcionamiento con solo un botón que permita el encendido del mismo y la rotación del display con configuración en 4 direcciones.

Incorpora indicador de nivel de batería bajo.

Con apagado automático en el caso de no detectar la inserción del dedo

Debe ser pequeño y ligero, para facilitar su uso y transporte.

De fácil lectura

Consumo de energía menor a 30 mA.

Funcionamiento con 2 pilas AAA

Debe incluir:

Protector de silicona

Estuche

Correa

Pilas

Cantidades por línea y centro de distribución:

LINEA	CENTRO	CANTIDAD
SARMIENTO	LS03	10
MITRE	LM01	13
BELGRANO SUR	BS01	6
S. CENTRAL	LD04	4
SAN MARTÍN	SM03	16
ROCA	LR06	32
REGIONALES	LD04	4
TOTAL		85

Contacto:

Para información de los almacenes por línea contactarse con

barbara.amari@trenesargentinos.gob.ar

IF-2020-43856463-APN-GCOF#SOFSE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: IF-2020-43856463-APN-GCOF#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Julio de 2020

Referencia: ET ZTNB 10002727 OXÍMETRO PULSO DEDAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.08 19:30:04 -03:00

Jose Lujan Bucca
Subgerente
Gerencia Centros de Operaciones Ferroviarias
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.08 19:30:05 -03:00