

## **SERVICIO DE REPARACION DE INSTRUMENTAL DE MEDICION**

### **OBJETO:**

Por la presente se pretende definir los trabajos a realizar para la reparacion del equipo generador de impulsos cuyas características se definen a continuación:

- Tipo de instrumental: Generador de Impulsos
- Marca: High Voltage Inc.
- Modelo: CDS2010
- Serie: 078
- Origen: USA
- Accesorios: cables de alimentacion /cable salida de A.T.

### **ALCANCE DE LOS TRABAJOS:**

Los trabajos a realizar para la reparacion del instrumental medidor (generador de impulsos) seran:

- Provisión de capacitor de Alta tensión
- Reparación del cable de salida de Alta Tensión
- Instalación mecánica / eléctrica generales del capacitor
- Reparación de llave selectora de Alta tensión
- Ajustes menores generales.
- Verificación del correcto funcionamiento de la unidad
- Limpieza dieléctrica interna
- Calibración con emisión de certificado.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Alcance de los trabajos RC 31463 Reparación Generador de Impulsos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.