



Subgerencia Médica y Salud Ocupacional

Línea MITRE

Revisión 00

Fecha: 11/2015



Página 1 de 3

Especificación Técnica

BOQUILLAS DRAGÜER

LINEA MITRE

Año 2015

	Subgerencia Médica y Salud Ocupacional			
	BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS DRÄGER			Línea MITRE
				Revisión 00
				Fecha: 11/2015
		Página 2 de 3		

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS MARCA DRÄGER

Deberán ser fabricadas en polietileno virgen de alta densidad (HDPE), podrán estar esterilizadas y ser de único uso, no reutilizables.

Las mismas deberán presentarse embolsadas en forma individual en polipropileno y constarán en su envoltura los datos de fabricante y marca, que deberá asegurar la compatibilidad con equipo en el que serán utilizadas, deberán constar también el número de lote de fabricación y el vencimiento de la boquilla, que no deberá ser inferior a los 18 meses.

Envasadas en packaging individual inviolable, cerrado al vacío.

Medidas de las boquillas:

Largo máximo total 50 mm

Largo máximo extremo para insertar en equipo: 14 mm

Largo máximo boca de exhalación: 19 mm

Largo de anillo medio: 5 mm

Anillo contenedor de trampa de saliva y válvula anti retorno: 12 mm

Diámetro interno boca de exhalación: 16 mm

Diámetro externo boca de exhalación: 18 mm

Diámetro válvula de acople interno con equipo alcotest: 7 mm.

Esterilización: en caso de ser esterilizadas, deberán poseer Certificado de esterilización conforme Resolución Del Ministerio de Salud y Acción Social.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- Antes de cada entrega consultar con la empresa el lugar donde deben entregar.

FORMA DE ENTREGA:

- 25.000 boquillas por mes durante un período de 10 meses.

Dr. JOSE L. BUCCA
 SUBGERENTE MÉDICO Y SALUD OCUPACIONAL
 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 OPERADORA FERROVIARIA S.E.



Subgerencia Médica y Salud Ocupacional



BOQUILLAS PARA
ALCOHOLIMETROS DRÄGER

Revisión 00

Fecha: 11/2015

Página 3 de 3

ANEXO A

PLANILLA DE COTIZACION

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/IVA	VALOR TOTAL S/IVA
1	BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS DRÄGER	250.000		
TOTALES S/IVA				

Dr. JOSE L. BUCCA
SUBGERENTE MÉDICO Y SALUD OCUPACIONAL
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OPERADORA FERROVIARIA S.E.